

0.1M Tris-HCl pH6.4 の調製

スピнкаラムによる DNA 抽出に用いる試薬の調整方法。

必要なもの

- ・ トリスアミノメタン 6.06g
- ・ 1M HCl 適量
- ・ SPW 適量

手順

1. トリスアミノメタン 6.06g を SPW 100mL に溶かす
2. 1M HCl を加えて pH 6.4 ~ 6.5 にする
3. SPW で 500mL にメスアップ
4. オートクレーブ